

GÉZATONE

ИМПУЛЬСНЫЙ МАССАЖЕР

ДАРСОНВАЛЬ

BIOLIFT4 118 NOVA



4
НАСАДКИ
С МАГНИТОМ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ВВЕДЕНИЕ




Оборудование для дарсонвальной терапии «Гезатон» (Gezatone), модель Biolift4 118 (далее – изделие, аппарат, прибор) предназначено для воздействия на ткани кожи и мышц слабыми импульсными токами высокой частоты и напряжения (метод дарсонвализации).

Область применения – кабинеты физиотерапии больниц и клиник, косметологические кабинеты клиник, а также для применения в домашних условиях.

Оборудование для дарсонвальной терапии «Гезатон» (Gezatone), модель Biolift4 118 обеспечивает качественный уход за кожей, предотвращает появление и развитие многих косметических проблем.

С помощью этого аппарата Вы сможете в домашних условиях обеспечить себе и Вашим близким качественный уход за кожей, закрепить результаты, полученные после посещения кабинета косметолога.

Благодаря легкости и простоте управления аппаратом Вы можете проводить высокоэффективные косметические процедуры. Проведение процедур не требует применения дорогостоящих компонентов. Импульсный массажер помогает решить не только проблемы кожи, но и помогает в борьбе с облысением и другими проблемами волос. Поэтому процедуры с использованием оборудования для дарсонвальной терапии «Гезатон» (Gezatone), модель Biolift4 118 органично войдут в комплексный курс процедур, улучшающих внешний вид и состояние кожи.



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МЕТОДЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Принцип действия оборудования для дарсонвальной терапии «Гезатон» (Gezatone), модель Biolift4 118 основан на широко известной и часто используемой методике местной дарсонвализации (воздействие на ткани слабыми импульсными токами высокой частоты и напряжения). При дарсонвализации импульсные токи передаются на кожу через герметичный пустотелый стеклянный электрод, наполненный воздухом или инертным газом (неон) под низким давлением.

Стеклянные электроды выпускаются различной формы в зависимости от специфики воздействия. Наибольшую популярность приобрели электроды в форме грибка (наиболее универсальное применение), капли (для воздействия на локальные проблемы кожи), расчески (для воздействия на волосистую поверхность головы) и лепестка (для борьбы с проблемной кожей и устранения морщин).

При подаче на газонаполненный электрод импульсов высокого напряжения в заполняющем их воздухе (или инертном газе) возникает так называемый «тлеющий разряд», выполняющий функцию ограничения силы тока до безопасного и комфортного значения. Электроды, наполненные воздухом, имеют голубое свечение разряда, а электроды с неонem – красное свечение.

В зависимости от положения рабочей части электрода относительно поверхности кожи при дарсонвализации различают два режима воздействия:

- контактная методика или «тихий разряд» – рабочая часть стеклянного электрода плотно касается кожи. Воздействие в режиме «тихого разряда» повышает тонус кожи, ее эластичность, препятствует развитию морщин, нормализует секрецию сальных желез, улучшает кровообращение. Данная методика также способствует укреплению волосных луковиц (активизация «спящих» луковиц), стимулирует рост волос, помогает при всех видах выпадения волос.

- дистанционная методика или «искровой разряд» – между электродом и поверхностью кожи поддерживается воздушный зазор около 1-3 мм. Методика «искровой разряд» применяется для борьбы с угревой сыпью, расширенными порами и гнойничковыми прыщами.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ


- Запрещена эксплуатация аппарата в помещениях с повышенной влажностью.

Не рекомендуется использовать аппарат в ванных комнатах и бассейнах.

- После перемещения аппарата в теплое помещение с холода, его эксплуатация разрешается не ранее, чем через 1 час.
- Перед включением аппарата в сеть убедитесь в отсутствии повреждений стеклянных электродов, корпуса аппарата и изоляции сетевого шнура. При обнаружении повреждений дальнейшая эксплуатация аппарата запрещается.
- Запрещается включать питание аппарата без установленного электрода.
- Через каждые 15-20 минут непрерывного использования аппарат следует выключить на время не менее 30 минут для охлаждения.
- Запрещается эксплуатация аппарата при попадании на его корпус воды или иных жидкостей. Жидкость с корпуса аппарата необходимо аккуратно удалить салфеткой.
- Категорически запрещается эксплуатация аппарата после попадания воды (или иной жидкости) внутрь корпуса. В этом случае Вам необходимо обратиться в сервисный центр для проведения проверки и ремонта аппарата.
- Во включенном состоянии запрещается касаться аппарата и поверхности электродов в непосредственной близости (ближе 25 мм) от гнезда с металлическим держателем на корпусе аппарата. Нарушение данного требования может привести к поражению электрическим током!
 - В случае необходимости проведения процедур для детей, они должны проводиться взрослым компетентным пользователем после обязательной консультации с врачом.
- Аппарат должен храниться в недоступном для детей месте. Не оставляйте аппарат без присмотра!
- Не рекомендуется хранение аппарата под прямыми солнечными лучами, в месте с повышенной температурой или влажностью. Оберегайте аппарат и особенно стеклянные электроды от ударов.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Внешний вид аппарата представлен на рисунке 1.




НИЖНЯЯ СТОРОНА АППАРАТА

регулятор интенсивности
с выключателем питания

сетевой шнур



СМЕННЫЕ ГАЗОНАПОЛНЕННЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ



ПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ПРОЦЕДУР

Воздействие на кожу лица и шеи:

- проблемная кожа, угревая сыпь
- зрелая кожа со сниженным тургором, дряблостью и наличием морщин
- бледная со сниженным питанием кожа
- жирная пористая кожа

Воздействие на кожу головы:

- укрепление волосяных луковиц и, как результат, стимуляция роста волос (в том числе при себорейной алопеции и других видах облысения)
- жирная кожа головы (повышенное выделение кожного сала)

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

• ПРОЦЕДУРА ПРОТИВОПОКАЗАНА БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ И ЛЮДЯМ С КАРДИОСТИМУЛЯТОРАМИ.

• Общие противопоказания: психические заболевания, болезни крови, в том числе нарушения свертываемости, тяжелые сердечнососудистые заболевания, в том числе нарушения ритма, тромбофлебит, активный туберкулез, заболевания опухолевой природы, лихорадка, индивидуальная непереносимость электрического тока, нарушения кожной чувствительности.

• Противопоказания, связанные с эффектами дарсонваля: гирсутизм (нежелательный избыточный рост волос на лице) и выраженные формы купероза (сетка расширенных красных сосудов на лице).

• При наличии каких-либо заболеваний, перед применением прибора необходимо проконсультироваться с врачом, для исключения противопоказаний для применения метода!

• Необходимо помнить, что перед использованием аппарата нельзя пользоваться спиртосодержащими лосьонами!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1.

Частота следования пачек импульсов, Гц	100 ± 10
Форма выходного сигнала	Синусоидальные быстрозатухающие импульсы
Длительность импульсов, мкс	50
Частота высокочастотного заполнения, кГц	110 ± 10
Максимальная сила тока, не более, мА	0,2
Выходное напряжение, не более, кВ	45
Напряжение и частота питающей сети	220-230 В, 50 Гц
Потребляемая мощность, не более, Вт	10
Вес изделия в упаковке, не более, кг	0,9
Размеры упаковки, мм	325 x 210 x 56 ± 2 (ДxШxВ)
Размеры аппарата, мм	245 x 48 ± 2 (ДxШ)
Масса аппарата, не более, кг	0,405
Масса рукояти, не более, г	264
Размер рукояти, мм	180 x 40 ± 2 (ДxШ)
Длина шнура рукояти, не более, мм	1770
Масса шнура рукояти, не более, г	186

МАССА И РАЗМЕРЫ ЭЛЕКТРОДОВ

Biolift4 118

- «ГРИБОК»: вес 17 г, размер 550x30x11.2 ± 1 мм
- «РАСЧЕСКА»: вес 24 г, размер 160x37x11.2 ± 1 мм
- «ЛЕПЕСТОК»: вес 12 г, размер 150x18x11.2 ± 1 мм
- «КАПЛЯ»: вес 9 г, размер 150x35x11.2 ± 1 мм

ВНИМАНИЕ! НЕ ВКЛЮЧАТЬ БЕЗ ЭЛЕКТРОДА!

Время установления рабочего режима должно быть не более 1 с.
Максимальное время работы аппарата на максимальной мощности должно составлять не более 20 минут, время паузы между процедурами в отключенном состоянии – не менее 15 минут.
Средний срок службы должен быть не менее 5 лет. Критерием предельного состояния изделия считается невозможность или нецелесообразность восстановления.
Срок хранения изделия с даты производства не более 3-х лет.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ

1. Выберите необходимый электрод и аккуратно установите его в держатель до упора. Электрод должен устанавливаться и выниматься с легким усилием. Не прикладывайте силу! Это может привести к повреждению стеклянного электрода.
2. Перед подключением аппарата к сети убедитесь, что ручка регулятора интенсивности установлена в крайнее, против часовой стрелки, положение до щелчка – положение OFF («Выкл»).
3. Включите аппарат небольшим поворотом ручки регулятора интенсивности по часовой стрелке (до щелчка). Осторожно поднесите конец электрода к поверхности кожи. Установите необходимую силу воздействия плавным поворотом ручки регулятора интенсивности по часовой стрелке – в крайнем положении ручки интенсивность воздействия прибора максимальна. Будьте аккуратны!
4. ВНИМАНИЕ! Перед заменой электрода обязательно выключайте прибор переводом регулятора интенсивности в крайнее положение против часовой стрелки до щелчка.
5. Проводите обслуживание прибора только после полного отключения от сети питания! Грязь с поверхности аппарата и стеклянных электродов необходимо удалять мягкой, слегка увлажненной тканью. Для очистки электродов допускается применять нейтральное моющее средство или спиртовой раствор. Перед дальнейшим применением корпус аппарата и электроды необходимо тщательно просушить.

ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР

Необходимо помнить, что перед использованием аппарата нельзя пользоваться спиртосодержащими лосьонами.

Для лучшего эффекта от воздействия аппаратом кожа должна быть чистой и свободной от декоративной косметики, кремов и др. Поэтому перед процедурой рекомендуется провести тщательную очистку кожи. Воздействие проводится медленными легкими движениями по основным массажным линиям.

Воздействие в режиме «тихого разряда» осуществляется контактным способом – без воздушного зазора между поверхностью электрода и кожей. При воздействии в таком режиме может возникать ощущение слабого, приятного тепла.

Воздействие в режиме «искрового разряда» осуществляется с воздушным зазором в 1-3 мм между поверхностью электрода и кожей. При воздействии в режиме «искрового разряда» ощущается покалывание, интенсивный запах озона, может быть слышен тихий треск. Можно заметить голубые искровые разряды, напоминающие тонкие маленькие молнии.

При воздействии на тело, для улучшения скольжения электрода по коже перед процедурой ее присыпают тальком или детской присыпкой. При воздействии на лицо – косметическим тальком или пудрой. Процедуру начинают с небольшой интенсивности, постепенно увеличивая ее до необходимого значения.

После завершения процедуры выключите аппарат вращением ручки регулятора интенсивности против часовой стрелки до щелчка и отключите от сети. Аппарат уберите в футляр на хранение.

ПРОВЕДЕНИЕ КОСМЕТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР

Процедуры на области лица и декольте

1. Удалите косметические средства при помощи молочка или тоника, подходящих к типу Вашей кожи. При наличии угревой сыпи, расширенных пор и жирной кожи рекомендуется более глубокая очистка кожи скрабом или проведение пилинга специальными средствами.

2. Удалите излишнюю влагу с кожи салфеткой и нанесите немного косметического талька для улучшения скольжения электрода (при наличии акне лучше использовать тальк с добавкой подсушивающих противовоспалительных компонентов).

3. Улучшение питания кожи: воздействие проводится стеклянными электродами «Грибок» или «Лепесток» и выполняется медленными скользящими движениями, направленными снизу вверх – от подбородка до мочки уха, от носа к вискам, от бровей вверх к волосистой части головы, т.е. в соответствии с основными массажными линиям (см. Рис. 2).



Рис. 2

В области шеи движения проводятся по массажным линиям снизу вверх, не затрагивая область щитовидной железы. Интенсивность воздействия: при снижении кожного тургора, для кожи с наличием морщин, пониженным питанием и сухостью – по методике «тихого разряда» со слабой или средней интенсивностью.

4. При воздействии на области с угревой сыпью или наличием прыщей, воспаленные участки используется электрод «Капля». Воздействие оказывается непосредственно на проблемную точку и медленными движениями на область вокруг нее. Интенсивность воздействия: для нормализации деятельности сальных желез и уменьшения пористости кожи – по методике «тихого разряда» со средней или сильной интенсивностью.

При воздействии на воспаленные участки – по методике «тихого разряда» (контактно) со средней интенсивностью. При воздействии на воспаленные прыщи – по методике «искрового разряда» с воздушным зазором 1-4 мм с высокой интенсивностью для оказания «прижигающего» действия.

5. После окончания процедуры рекомендуется нанести на лицо и шею питательный или увлажняющий крем, подходящий к типу кожи. Можно также провести ручной массаж лица или нанести питательную маску на 15-20 минут. Проведение процедур можно сочетать с ультразвуковым массажем.

6. Процедуры проводятся ежедневно или через день. Общая продолжительность одной процедуры составляет 5-10 минут (увеличивать продолжительность следует постепенно). Продолжительность воздействия на область шеи – не более 5 минут. Суммарное время проведения процедуры не должно превышать 15 минут.

Один курс может включать от 10 процедур для улучшения питания кожи, до 20 процедур для улучшения состояния проблемной кожи. Курсы можно повторять 3-4 раза в год.

Процедуры на волосистую часть головы

(укрепление волосяных луковиц, стимуляция роста волос)

1. Волосы должны быть чистыми и сухими. Из волос необходимо удалить заколки и хорошо расчесать. Воздействие проводится электродом «Расческа» по контактной методике (без воздушного зазора) со средней интенсивностью.
2. Электрод необходимо плавно и медленно передвигать ото лба к затылку, а если волосы короткие, то допускается движение и в обратном направлении. Общее время процедуры может составлять 10-15 минут.
3. После окончания процедуры можно нанести на кожу головы гель или бальзам, стимулирующий укрепление волосяных луковиц и рост волос.
4. Процедуры необходимо проводить ежедневно. Курс составляет 20-30 процедур. Курс можно повторять 3-4 раза в год.

Целлюлит

Воздействие проводится электродом «Грибок» по контактной методике (без воздушного зазора) на участках с наличием целлюлита, в качестве примера (см. Рис. 3 и 4). Интенсивность воздействия выбирается от средней до высокой. После процедуры рекомендуется нанести антицеллюлитный гель или крем (например, «Целлюгель» марки Beauty Style).




Рис. 3




Рис. 4

Процедура на руки

Процедура проводится электродами «Грибок» или «Лепесток» по контактной методике (без воздушного зазора) со средней интенсивностью. Воздействие осуществляется плавными круговыми движениями по спирали от пальцев к области плеча. Типовые схемы даны на Рис. 5 и 6.



Рис. 5




Рис. 6

Воздействие на воротниковую область

(снятие напряжения мышц, расслабление)

Эффект достигается благодаря ощущению приятного тепла, возникающего во время процедуры. Воздействие производится электродами «Грибок» или «Лепесток» в режиме «тихого разряда» с малой интенсивностью. Движения выполняются от области затылка по задней поверхности шеи к плечам. Время воздействия составляет 5-10 мин. Процедуры рекомендуется проводить ежедневно или через день. Курс составляет 10-15 процедур.

ВНИМАНИЕ! Во всех случаях проведения процедур дарсонвализации с медицинскими целями, необходимо предварительно проконсультироваться с врачом!

ВНИМАНИЕ:

- Необходимо снять все металлические украшения во избежание электрического шока.
- Проводите процедуру исключительно по сухой поверхности кожи.
- Не используйте спиртосодержащие лосьоны при процедуре. Если необходимо, сначала проведите дарсонвализацию, затем используйте спиртосодержащие тоники.
- Стекланный электрод необходимо мыть и дезинфицировать после каждой процедуры.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Неисправность:

Прибор не работает.

Возможные причины:

1. Прибор не включен в сеть.
2. Регулятор интенсивности находится в положении «OFF» (Выкл.).
3. Нарушена герметичность стеклянного газонаполненного электрода.
4. Прибор неисправен.

Способы устранения:

1. Подключите прибор к сети, проверьте надежность контакта вилки в розетке.
2. Поверните ручку регулятора интенсивности по часовой стрелке до щелчка.
3. Попробуйте установить другой электрод. В случае необходимости обратитесь в сервисный центр или приобретите новый электрод.

ВНИМАНИЕ! Перед заменой электрода всегда выключайте питание прибора. Никогда не прикасайтесь к гнезду для установки электродов во включенном состоянии аппарата.

Обратитесь в сервисный центр для проведения проверки и ремонта прибора.

Неисправность:

Воздействие аппарата стало слабее, разряд более «колющий».

Возможные причины:

1. Загрязнена поверхность стеклянного электрода.
2. Напряжение питания отличается от необходимого значения 220 В, 50 Гц.

Способы устранения: проведите очистку электрода в соответствии с рекомендациями раздела «Последовательность выполнения процедуры».

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Прибор для дарсонвальной терапии «Gezatone»,
модель Biolift4 118 Nova

1 шт.

Стеклянные газонаполненные электроды:

- грибок 1 шт.
- капля 1 шт.
- лепесток 1 шт.
- расческа 1 шт.

Коробка для хранения 1 шт.

Руководство по эксплуатации 1 шт.

Упаковка

Составные части изделия, входящие в комплект, должны быть уложены в соответствующие гнезда упаковки и фиксироваться в них при перевозке.

Примечание: 1. Транспортирование аппаратов в железнодорожных контейнерах может производиться в первичной упаковке. 2. При отгрузке в один адрес двух и более транспортных мест они по требованию транспортных организаций могут быть оформлены в пакет. Предельные размеры и масса пакета по ГОСТ 24597.

Хранение и транспортирование

Транспортирование изделия может осуществляться всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Транспортирование груза морским транспортом должно производиться в соответствии с «Правилами безопасности морской перевозки генеральных грузов». Вид отправки – контейнерами и мелкая отправка.

Условия транспортирования изделия в части климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха от минус 50°C до плюс 50°C. Условия хранения изделия в транспортной упаковке на складах изготовителя (потребителя) должны соответствовать условиям хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха от 5°C до 40°C и относительной влажности воздуха до 80%.

Гарантии изготовителя

На изделие дается гарантия сроком на 24 месяца со дня продажи. Гарантируется, что изделие не имеет дефектов, связанных с производством и качеством производственных материалов. Любая дефектная часть будет заменена, если не производилось вмешательства в устройство изделия и изделие надлежащим образом эксплуатировалось во время этого периода. Удостоверьтесь, что любой сбой в работе не происходит из-за неадекватного ухода за изделием или несоблюдения инструкции. В случае возникновения неисправности при соблюдении требований по эксплуатации в соответствии с руководством по эксплуатации, производитель производит текущий ремонт либо замену изделия. Техническое обслуживание изделия должен производить специалист.

Сведения об утилизации

Утилизация изделия должна осуществляться согласно СанПиН 2.1.7.2790-2010. Согласно СанПиН 2.1.7.2790 изделие относится к классу А – эпидемиологические безопасные отходы.

Изделие подлежит утилизации в случае:

- окончания срока службы;
- подтверждения фактов и обстоятельств, создающих угрозу жизни и здоровью и свидетельствующих о невыполнении предусмотренного назначения.

Утилизации так же подлежит вся упаковка, в том числе и транспортная. Утилизации должны подвергаться отдельно бумага, дерево, полиэтилен и пластмасса в соответствии с правилами сбора, учета и утилизации упаковки.

Маркировка

На изделии должны быть указаны:

- наименование изделия
- обозначение типа и модели
- производитель
- напряжение питания
- частота питающего напряжения
- потребляемая мощность
- классификация
- режим работы
- выходные характеристики

На упаковке должны быть указаны:

- серия
- год выпуска
- товарный знак предприятия-изготовителя
- наименование изделия
- год и месяц упаковывания
- предупредительная надпись: «Осторожно! Хрупкое!»

На каждой упаковочной коробке должен быть наклеен ярлык, на котором печатным способом должны быть нанесены:

- наименование предприятия-изготовителя и товарный знак;
- наименование и условное обозначение изделия;
- дата выпуска;
- предупредительная надпись: «Осторожно! Хрупкое!».

Классификация оборудования согласно МЭК 60601-1-2

Ряд 1	Руководство и декларация изготовителя – электромагнитная эмиссия.		
2			
3	Оборудование для дарсонвальной терапии «Гезатон» (Gezatone), модель Biolift4 118 предназначается для применения в электромагнитной обстановке, определенной ниже. Покупателю или пользователю оборудования для дарсонвальной терапии «Гезатон» (Gezatone), модель Biolift4 118 следует обеспечить его применение в указанной электромагнитной обстановке.		
4	Электромагнитная эмиссия ГОСТ Р 51318.11-2006	Группа 1	Оборудование для дарсонвальной терапии «Гезатон» (Gezatone), модель Biolift4 118 использует радиочастотную энергию только для выполнения внутренних функций. Уровень эмиссии радиочастотных помех является низким и, вероятно, не приведет к нарушениям функционирования расположенного вблизи электронного оборудования.
5	Электромагнитная эмиссия ГОСТ Р 51318.11-2006 (СИСП 11:2004)	Класс А	Оборудование для дарсонвальной терапии «Гезатон» (Gezatone), модель Biolift4 118 может применяться в жилых домах и зданиях, непосредственно подключенных к распределительной электрической сети, питающей жилые дома, при наличии следующего предупреждения. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Настоящее оборудование может вызвать ухудшение приема радиосигналов и нарушить работу оборудования, расположенного поблизости. В этом случае может быть необходимым принять меры для снижения помех, такие как изменение ориентации, смена места размещения оборудования для дарсонвальной терапии «Гезатон» (Gezatone), модель Biolift4 118 или экранирование места размещения.
6	Гармонические составляющие тока по ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)	Не применяется	
7	Колебания напряжения и фликер по ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)	Не применяется	

СООТВЕТСТВИЕ НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ЭМС

Оборудование для дарсонвальной терапии «Гезатон» (Gezatone), модель Biolift4 118 полностью соответствует надлежащим международным и национальным законам (см. ниже), и Вы всегда можете проконсультироваться с компанией ООО «МИТРИДАТ» по соответствующей информации.

При правильной эксплуатации оборудование соответствует международным и национальным законам и стандартам по электромагнитной совместимости (ЭМС). В этих законах и стандартах изложена дозировка электромагнитного излучения, допустимая для эксплуатации оборудования, и возможность оборудования противостоять помехам электромагнитного излучения извне. Классификация оборудования согласно МЭК 60601-1-2.

Электромагнитная совместимость

Характеристики электромагнитной совместимости

Определение: ЭМС (электромагнитная совместимость) – это способность оборудования избегать воздействия электромагнитных помех, создаваемых другими устройствами, не создавая при этом аналогичных электромагнитных помех для иного оборудования.

Предупреждение:

Поскольку данное оборудование генерирует, использует и излучает радиочастотную энергию, работа других медицинских и не медицинских приборов и беспроводной связи может перебиваться. Для него характерно создание электромагнитных помех в воздушной или кабельной среде. Конструкция данного изделия полностью соответствует стандартам ЭМС и предоставляет разумную защиту против таких помех.

Предупреждение:

Оборудование для дарсонвальной терапии «Гезатон» (Gezatone), модель Biolift4 118 Nova требует применения специальных мер для обеспечения ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ.

Примечание:

- Использование рядом с данным изделием таких устройств, как сотовые телефоны, приемопередатчики или приборы с дистанционным управлением, которые создают радиоволны, может создавать помехи в работе этого изделия. Выключайте данные устройства при их нахождении рядом с оборудованием для дарсонвальной терапии «Гезатон» (Gezatone), модель Biolift4 118.
- При установке следите за тем, чтобы это оборудование располагалось как можно дальше от другого электронного оборудования.
- Используйте только кабели, предоставленные или разработанные нашей компанией. Их подключение должно производиться только квалифицированным техническим персоналом.

- Используйте периферийные устройства, утвержденные для подключения к данному оборудованию. Избегайте использования неутвержденных устройств, так как это может снижать характеристики ЭМС оборудования.
- Не пытайтесь модифицировать данное оборудование. Внесение изменений в изделие может приводить к снижению характеристик ЭМС. Под изменениями подразумеваются модификации кабелей, несоблюдение правил установки или размещения изделия, изменение его конфигурации или компонентов, внесение изменений в установленные процедуры работы с устройством или принадлежностями и т. д.
- После проведения технического обслуживания проверяйте фиксацию всех болтов. Плохо закрученные болты могут приводить к снижению характеристик ЭМС.

МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ С ЭМС

Если выявлено, что данное оборудование создает помехи, то пользователь должен устранить проблему одним или несколькими методами, перечисленными ниже:

- Располагайте другие устройства как можно дальше от данного оборудования для уменьшения создаваемых электромагнитных помех.
- Для уменьшения электромагнитных помех можно отрегулировать положение оборудования и других устройств или угол между ними.
- Электромагнитные помехи можно сократить путем изменения точки подключения кабелей питания / сигнальных кабелей устройств.
- Для уменьшения электромагнитных помех можно также изменить канал подачи питания на другие устройства.

Предупреждение:

Подключение, соединение, замена и отключение любых кабелей, входящих в состав данного оборудования должны выполняться только квалифицированным техническим персоналом.

Производитель не несет никакой ответственности за помехи, вызванные использованием не рекомендованного соединяющего кабеля, модификацией или изменением оборудования без разрешения. Несанкционированная модификация или изменение оборудования может лишить пользователя прав на эксплуатацию данного оборудования.

Если следующее технически не запрещено, то все соединительные кабели, связанные с периферийным оборудованием должны быть правильно экранированы и заземлены. В случае неправильного экранирования и заземления какого-нибудь кабеля, используемое оборудование может производить высокочастотные помехи.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Торговая организация гарантирует исправность, отсутствие механических повреждений и полную комплектность изделия на момент продажи. Если при покупке изделия покупателем не были предъявлены претензии по комплектации, внешнему виду, наличию механических повреждений, то в дальнейшем такие претензии не принимаются.
2. Сервисный центр действует в рамках и на основании законодательства Российской Федерации, а именно:
 - Гражданского кодекса РФ;
 - Закона о защите прав потребителей;
 - Постановления Правительства РФ от 20 октября 1998 г. N 1222 «О внесении изменений и дополнений в Правила продажи отдельных видов товаров, перечень товаров длительного использования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара и перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации».
3. Гарантийный срок на материалы, производственные и функциональные дефекты изделия составляет 24 календарных месяца со дня продажи при условии соблюдения покупателем всех положений, изложенных в Инструкции по эксплуатации. Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы: контактные электроды и соединительные провода, эластичные ремни, насадки, элементы питания (батареи) и т. п.
4. Претензии по изделию необходимо предъявлять в уполномоченный сервисный центр. Сервисный центр на основании договора с продавцом компетентен проводить проверку качества изделия, давать заключение о причине и характере неисправности и производить гарантийный ремонт. Владелец товара доверяет и соглашается с экспертным заключением уполномоченного сервисного центра.
5. Владелец изделия осуществляет его доставку по адресу выполнения гарантийного ремонта и обратно самостоятельно.
6. Гарантийный ремонт осуществляется в срок, установленный действующим законодательством РФ.
7. Торговая организация и уполномоченный сервисный центр не несут ответственности за любой ущерб, нанесенный людям, животным или собственности прямо или косвенно в результате несоблюдения положений Инструкции по эксплуатации, в особенности правил по установке, использованию и уходу за изделием.
8. Торговая организация несет перед потребителем ответственность в пределах суммы, оплаченной потребителем за изделие.

Гарантия на изделие не действует в следующих случаях:

- гарантийный талон неправильно заполнен или подделан, серийный номер (если он предусмотрен для данного изделия) поврежден или удален;
- производилось вскрытие или ремонт изделия покупателем или неуполномоченным сервисным центром;
- недостатки возникли вследствие нарушения покупателем правил использования, хранения или транспортировки изделия, установленных нормативной и технической документацией на него, с указанием конкретных норм этой документации, которые нарушены;
- при попадании в корпус изделия посторонних предметов или жидкостей;
- наличие на изделии внешних или внутренних механических повреждений (трещин, следов удара, сколов и т.п.), полученных в результате неправильной эксплуатации, установки или при транспортировке изделия;
- компонент или аксессуар изделия является расходным материалом (контактные электроды, эластичные ремни и т.п.);
- дефект является результатом естественного износа (в том числе при наличии сильного внешнего или внутреннего загрязнения, следов коррозии и т.п.);
- повреждения вызваны не зависящими от производителя причинами, такими как перепады напряжения питающей сети, природные явления или стихийные бедствия, пожар, действия животных, насекомых и т.п.;
- недостатки обнаружены покупателем, и претензия заявлена после истечения гарантийного или иного установленного Законодательством РФ срока для обнаружения недостатков изделия;
- покупатель использовал изделие не для личных (бытовых нужд), а в коммерческих целях, в целях извлечения прибыли, кроме случаев, когда эти цели предусмотрены технической и нормативной документацией на изделие.



GEZATONE

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДАРСОНВАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ «ГЕЗАТОН» (GEZATONE), BIOLIFT4 118

Напряжение питания: ~220 В, 50 Гц.

Мощность потребления: не более 10 Вт

Производитель (изготовитель): Shenzhen Dongjilian Electronics Co., Ltd (Шэньчжэнь

Дунцилянэ Электроникс Ко., Лтд.),
Китайская Народная Республика, 3&4/F,
Building 3, Baimenqian Industrial Zone,
Busha Road, Nanwan Street, Longgang
District, Shenzhen (г. Шэньчжэнь, район
Лунган, блок Наньвань, ул. Буша,
промышленный парк Баймэньцзянь, 3 и 4
эт. завод №3)

Импортёр/уполномоченная изготовителем
организация: ООО "Митридат", Россия,
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 41, стр. 1, эт.
2, пом. 1, ком 8, тел.: 8 (495) 225 25 83.

ПУ 2017/5830 от 07.06.2017

Дата производства: 10.2025