



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Акционерное общество «Производственное объединение «Завод имени Серго»,
ОГРН: 1111673003276

адрес места нахождения: 422546, РОССИЯ, Республика Татарстан, город Зеленодольск, улица Привокзальная, дом 4. Телефон / факс: 8 84371 5 28 18, E-mail: itc@pozis.ru.

в лице Генерального директора Хасанова Радика Шавкятовича

заявляет, что рециркуляторы бактерицидные компактные РБК-1 «POZIS», РБК-2 «POZIS»

изготовитель Акционерное общество «Производственное объединение «Завод имени Серго»,
адрес места нахождения: 422546, РОССИЯ, Республика Татарстан, город Зеленодольск, улица Привокзальная, дом 4. Телефон / факс: 8 84371 5 28 18, E-mail: itc@pozis.ru.

Код ТН ВЭД 9018200000.

Серийный выпуск продукции в соответствии с ТУ 9451-204-07503307-2012.

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза:

Технического регламента Евразийского экономического союза (технического регламента Таможенного союза) "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 01067096-20-СИЦ от 08.07.2020 испытательной лаборатории Ассоциации "Сертификационный Испытательный Центр". Адрес места осуществления деятельности: 193091, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, Октябрьская наб., дом № 34, корпус 4, литер АС, пом. 2-8, тел.: +78127027636, E-mail: npsic@npsic.ru, аттестат аккредитации № RA.RU.21ME95 (дата внесения в реестр аккредитованных лиц 25.02.2016 г).

Дополнительная информация

Стандарт ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 Оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения. Требования электромагнитной совместимости. Часть 1.

Общие требования. Условия хранения: в упаковке предприятия-изготовителя при температуре воздуха от минус 50 °С до + 40 °С и относительной влажности воздуха 90 % при + 25 °С.

Транспортирование в упакованном виде при температуре воздуха от минус 50 °С до + 40 °С, относительной влажности 80 % при + 25 °С. Гарантийный срок хранения 1 год со дня выпуска изделия. Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня продажи изделия. Общие условия эксплуатации при температуре воздуха от + 10 °С до + 35 °С, относительной влажностью до 80 % при 25 °С. Средний срок службы изделия 5 лет. Продукция маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Евразийского экономического союза на изделии, упаковке и на товаросопроводительной документации. Схема декларирования 3Д.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 13.07.2025 включительно



Хасанов Р. Ш.

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.МЛ03.В.00028/20

Дата регистрации декларации о соответствии: 14.07.2020



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 10 августа 2016 года № ФСР 2012/13836**

На медицинское изделие
Рециркуляторы бактерицидные компактные
по ТУ 9451-204-07503307-2012 в следующих исполнениях:
РБК-1 "ПОЗИС" ("POZIS"), РБК-2 "ПОЗИС" ("POZIS")

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
Акционерное общество "Производственное объединение "Завод имени Серго"
(АО "ПОЗиС"), Россия,
422546, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Привокзальная, д. 4

Производитель
Акционерное общество "Производственное объединение "Завод имени Серго"
(АО "ПОЗиС"), Россия,
422546, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Привокзальная, д. 4

Место производства медицинского изделия
АО "ПОЗиС", 422546, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Привокзальная,
д. 4

Номер регистрационного досье № РД-12412/35431 от 26.07.2016

Вид медицинского изделия 131980

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2a

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 94 5140

приказом Росздравнадзора от 10 августа 2016 года № 8048
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко

0035676