

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

## ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



**Заявитель** Открытое акционерное общество «Амкодор-Белвар»

Место нахождения: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, пр-т Независимости, 58,

Зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100363840

Номер телефона: +375 17 293 94 05, адрес электронной почты: [amkodor-belvar@amkodor-belvar.by](mailto:amkodor-belvar@amkodor-belvar.by)

в лице генерального директора Цурикова Андрея Юрьевича

**заявляет, что** аппараты магнитотерапии АМТ-01, АМТ-01М,

изготовленные Открытым акционерным обществом «Амкодор-Белвар»,

место нахождения: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, пр-т Независимости, 58, по ТУ РБ 07519797.050-99 «Аппараты магнитотерапии АМТ»

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 9018199000

Серийный выпуск

**соответствуют требованиям** технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

### Декларация о соответствии принята на основании:

- 1) протоколов испытаний №№ 43-18/2604-1-2020 от 31.07.2020, 45-18/2604-3-2020 от 31.08.2020, проведенных Научно-исследовательским центром испытаний средств измерений и техники Республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии» (НИЦИСИиТ БелГИМ), аттестат аккредитации № BY/112 1.0025;
- 2) сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям СТБ ISO 9001-2015 № BY/112 05.01. 003 09034 от 14.10.2019, срок действия по 14.10.2022, выданного Органом по сертификации систем менеджмента Республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии» (БелГИМ), аттестат аккредитации № BY/112 003.01

**Схема декларирования соответствия:** 6д

### Дополнительная информация

Примененные стандарты указаны в приложении 1 на 1 (одном) листе

Условия хранения изделий – по группе 2(С) ГОСТ 15150-69 (в помещениях при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха до 98 % при температуре воздуха плюс 25 °С). Режим работы аппаратов повторно-кратковременный (20 мин работа и 20 мин перерыв) в течение 6 часов, после 6 часов работы необходим перерыв 40 мин. Срок службы – 5 лет. Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи через розничную торговую сеть

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 02.02.2026 включительно.**



М.П.

Цуриков Андрей Юрьевич

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС № BY/112 11.01. ТР020 002 13850

Дата регистрации декларации о соответствии 08.02.2021

Приложение № 1  
к декларации о соответствии  
аппаратов магнитотерапии  
АМТ-01, АМТ-01М  
Лист 1 Листов 1

Наименование и обозначение примененных стандартов (документов)

СТБ МЭК 60601-1-2-2006 «Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие требования безопасности. Электромагнитная совместимость. Требования и методы испытаний»;  
ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009) «Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний»;  
ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний»;  
СТБ EN 55011-2012 «Электромагнитная совместимость. Радиопомехи от промышленных, научных и медицинских (ПНМ) высокочастотных устройств. Нормы и методы измерений».



М.П.

Цуриков Андрей Юрьевич

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС № BY/112 11.01. ТР020 002 13850

Дата регистрации декларации о соответствии 08.02.2021